

DEAGUA - Compras

De: Licitação - Hidrometer [licitacao@hidrometer.com.br]
Enviado em: terça-feira, 1 de agosto de 2023 15:26
Para: licitacoes@deagua.com.br
Assunto: ESCLARECIMENTO - PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2023 - DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAÍRA - DEAGUA
Anexos: image001.jpg; image002.png; Esc. DEAGUA - Guaíra.pdf

ILMO. SR. PREGOEIRO,

Respeitosamente solicitamos esclarecimento referente ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2023 – PROCESSO Nº 32/2023

A empresa IGOR FERNANDO SIMIDAMORE VICIANA LTDA, inscrita no CNPJ sob n. 06.861.118/0001-90, sediada na Rua Nápoles, 327 – Jd Colibri – Cotia - SP, por intermédio de seu representante legal abaixo identificado, na qualidade de interessado em participar da licitação em epígrafe, vem, respeitosamente à presença de V.Sas. solicitar esclarecimentos.

Certa de sua atenção fico no aguardo da resposta.

Atenciosamente,



BÁRBARA DE JESUS

DEPTO. LICITAÇÃO

R. Nápoles, 327 – Jd Colibri

Cotia – SP CEP: 06712-380

55 11 3674-1788 / 55 11 91107-1005

www.hidrometer.com.br

AO,
DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAÍRA – DEAGUA
EDITAL Nº 05/2023
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 32/2023 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2023
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2023
SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO

Prezados senhores,

A IGOR FERNANDO SIMIDAMORE VICIANA LTDA – Hidrometer, inscrita no CNPJ sob nº 06.861.118/0001-90, sediada na Rua Nápoles, 327 – Jd Colibri – Cotia/SP – CEP: 06712 – 380, por intermédio de seu representante legal abaixo identificado, na qualidade de interessado em participar da licitação em epígrafe, vem, respeitosamente à presença de V.Sas. solicitar esclarecimentos sobre o Edital acima referido.



• **ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:**

ITEM 03: Hidrômetro MULTIJATO DN 40 mm (1 ½”), Diâmetro externo da rosca: G 2”, Qn = 10 m³/h, Qmáx. = 20 m³/h, Qmin. = 0,1 m³/h, pressão de serviço de 10 BAR, Transmissão magnética. Classe metrológica C.
Nossos produtos Multijatos são todos considerados classe metrológica B. Com isso solicitamos que sejam aceitos Medidores Volumétricos DN 40 (1.1/2”), conforme as medidas abaixo que atende e supera ao solicitado pelo órgão:

DADOS METROLÓGICOS

Diâmetro nominal	DN	mm	20	20	25	40
Comprimento	L	mm	190	190	260	300
Vazão nominal	Q _n	m³/h	1.5	2.5	6	10
Classe			C	C	C	C
Início de funcionamento		l/h	2	2	3	5
Vazão mín. dentro do erro de calibração		l/h	10	10	50	50
Vazão mínima	Q _{min}	l/h	15	25	60	100
Vazão de transição	Q _t	l/h	22.5	40	90	160
Vazão máxima	Q _{max}	m³/h	3	5	12	20
Vazão máx. dentro do erro de calibração		m³/h	7	7	15	25

Segue ainda, foto do medidor:



Desta forma, pergunta – se: Será aceito o medidor VOLUMÉTRICO DN 40?

ITEM 06: Hidrômetro DN 8" (200mm) tipo com turbina horizontal


É solicitado que o medidor seja **com até 30% de sólidos em suspensão**, essa informação se trata que o medidor será utilizado apenas para água bruta sendo assim considerado medidor tangencial e não utilizado para faturamento a clientes?

Para aplicações de medição de água potável regulamentadas pela portaria INMETRO 155/22, o uso do medidor Tangencial WPI fica vedado, sendo o caso, orientamos a utilização da linha de medidores de volume de água potável Woltmann WP ou WS com modelos aprovados e regulamentados para a medição de água potável.

Desta forma, **pergunta – se:** O medidor será utilizado apenas para água bruta?

Aguardamos a confirmação dos pedidos de esclarecimento acima para preparação da proposta estritamente de acordo com a necessidade do órgão.

Cotia, 01 de agosto de 2023



IGOR FERNANDO SIMIDAMORE VICIANA LTDA
HIDROMETER – CNPJ: 06.861.118/0001-90
RG: 26.806.162-2 – CPF: 223.674.658-00
Igor Viciano – Diretor Comercial

